

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
к аппарату для индуктотермии коротковолновой

	Наименование товара и код по ОКП	Аппарат для индуктотермии ИКВ-4 (или эквивалент), код по ОКП 944420
	Количество	1 шт.
№пп	Наименование параметра	Требования технического задания
1. Технические характеристики:		
1.1	Частота высокочастотных колебаний	Не менее 13,56МГц
1.2	Выходная мощность (200±60) Вт.	Наличие
1.3	Регулировка мощности ступенчатая	Наличие
1.4.	Количество ступеней	Не менее 8
1.5	Средняя наработка на отказ	не менее 1500 часов
1.6	Блок	Наличие
1.7	Индуктор резонансный большой	Наличие
1.8	Индуктор резонансный малый	Наличие
1.9	Согласующее устройство	Наличие
1.10	Кабельный индуктор	Не менее 2 шт.
1.11	Электрододержатель	Наличие
1.12	Индикатор настройки УВЧ-аппаратов	Наличие
1.13	Потребляемая мощность из сети	Не более 1200 Вт.
2. Документация		
2.1	Регистрационное удостоверение МЗ РФ	Наличие
2.2	Сертификат соответствия ГОСТ РФ	Наличие
2.3	Эксплуатационно-техническая документация на русском языке	Наличие
2.4.	Установка и ввод в эксплуатацию	Наличие
2.5.	Обучение медицинского персонала	Наличие

3. Иные характеристики товара

Упаковка товара:	Поставщик поставляет товар в упаковке, обеспечивающей сохранность груза от всякого рода повреждений, погрузке, перегрузке и хранении в складском помещении
Сборка, наладка, монтаж:	Поставщик осуществляет, сборку, наладку товара, ввод в эксплуатацию, обучение специалистов на рабочем месте.
Иные требования и показатели:	Товар является новым (не бывшим в употреблении), срок выпуска не ранее 2010г.

Главный врач

И.А. Тихонов

Заместитель главного врача
по медицинской части

О.Б. Герасимова

Заведующая
отделением восстановительного лечения

Н.В. Сахарова