

Техническая характеристика на кровать медицинскую  
многофункциональную

Наименование	Характеристика
Рама	Сварная конструкция из труб прямоугольного сечения
Колеса	Четыре самоориентирующихся колеса диаметром 125 мм, с индивидуальным тормозом на каждое колесо
Ложе	Каркас выполнен из трубы круглого сечения и тонкостенных профилей прямоугольного сечения, сверху закреплен стальной лист толщиной 1 мм, края листов загнуты и не имеют острых кромок, листы расположены ниже каркаса, для того чтобы матрац не съезжал с ложа, так же на торцах крайних секций установлены скобы для удерживания матраца в продольном направлении. По углам ложа расположены пластиковые бамперы предохраняющие кровать от повреждения при передвижении и транспортировке.
Высота ложа кровати	фиксированная
Количество секций	2
Изменение угла наклона спинной секции	Газовая пружина. Управление газовой пружиной осуществляется рычагом, продублированным с обеих сторон кровати, нажатием вверх или вниз. Рычаг изготовлен из круглой трубы и имеет пластмассовые рукоятки. На ложе напротив рычага наклеены манипуляционные знаки, показывающие, что произойдет с секцией при нажатии на рычаг.
Спинки кровати	Спинки кровати – быстросъемные и представляют собой сварную конструкцию из труб и отделочных панелей ил ЛДСП (белого цвета), которые устанавливаются на четырех направляющих на спинной и ножной панелях с последующей фиксацией в необходимом положении по длине кровати поворотными эксцентриковыми зажимами. На спинках предусмотрены специальные ручки, предназначенные для удобства транспортировки и используемые для размещения полотенец и конвертов с документацией.
Покрытие	Металлические части кровати покрыты полиэфирной порошковой краской, которая

	напыляется в электростатическом поле и оплавляется в печи при температуре 120 градусов. Покрытия полученные этим способом позволяют обрабатывать поверхности дезинфицирующим раствором, не вызывают аллергии у пользователей, имеют красивый внешний вид.
Матрац	Матрац выполнен трехсекционным из эластичного пенополиуретана толщиной не менее 100 мм и обтянут чехлом из матрасного тика. Чехол изготавливается на застежках типа молния, для удобства санитарной обработки Матрац имеет размеры не менее 2000×740×100. Матрац комплектуется двумя сменными гигиеническими чехлами из медицинской клеенки.
Размеры кровати	
Длине, не менее, мм	2135
Ширина не менее, мм	845
Высота не менее, мм (по верхнему краю спинки)	930
Высота рамы ложа от пола не менее, мм	600
Допускаемая нагрузка не менее, кг	200
Угол наклона спинной панели не менее, град.	70
Масса кровати, не более, кг	80
Наличие:	
Сертификата соответствия	
Регистрационное удостоверение	
Санитарно-эпидемиологическое заключение	
Санитарно-эпидемиологическое заключение на матрац	

Количество 5 штук по 27 000,00 руб. – итого 135 000,00 руб.  
Срок поставки 3 суток после заключения контракта

И.о. главного врача \_\_\_\_\_ Р.А. Сафронова

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ С.С. Ксандопуло

Исп. Аверьянова Н.А.  
тел. 53-40-37